

인증번호 제 LS19-00020 호

## 성능인증서


상 호 (사업장 명칭)	(주)파코코리아인더스	
성 명 (대표자)	송재혁	
사업장 소재지	서울특별시 금천구 두산로 70 독산동, 현대지식산업센터A동1008~1011호	
인증내용	제작자	제작국가
	GRIMM	독일
	기기명칭	측정방식
	Aerosol Spectrometer	Spectrometer
	상품명(고유명칭)	측정범위
EDM 365	최소: 0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 최대: 100 000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
최소눈금(단위)	공인측정 오차범위	
0.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	89.7 % (정확도)	
성능인증 등급	1등급	

「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」 제24조1제1항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2020년 01월 02일



한국건설생활환경시험연구원






인증번호 제 LS19-00020 호

## 성능평가결과

구분	항목	단위	평가결과	인증등급
시험체임버평가	반복재현성	등급	1	1
등가성평가	상대정밀도	등급	1	
	자료획득률	등급	1	
	정확도	등급	1	
	결정계수	등급	1	

※ 인증등급

등급	반복재현성	상대정밀도	자료획득률	정확도	결정계수
1등급	80% 초과	80% 초과	80% 초과	80% 초과	0.8 초과
2등급	70% 초과	70% 초과		70% 초과	0.7 초과
	80% 이하	80% 이하		80% 이하	0.8 이하
3등급	60% 초과	60% 초과		50% 초과	0.6 초과
	70% 이하	70% 이하		70% 이하	0.7 이하
등급 외	60% 이하	60% 이하	80% 이하	50% 이하	0.6 이하

인증신청자(상호명)		파코코리아인더스
시험품 정보	제작사	GRIMM
	기기명칭	Aerosol Spectrometer
	상품명 (고유명칭)	EDM 365
	 <p>&lt;사진&gt;</p>	
페이지( 2 / 2 )		

PM-QP-08-02

